



Mátyás Eszter
részére

Paks, 2019. június 18.
Iktatószám: PA/0206-018/2019
Ügyintéző: Honti Gabriella
Tel.: 75/519-537

Tárgy: Válasz – Püspökszilágy háttérsugárzás mérő telepítése

Tisztelt Mátyás Eszter Asszony!

Megkaptam levelét, melyben közérdekű adatigénylésének szándékával – az alább idézett tartalommal – fordul a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. felé.

„Az idei évre tervezett háttérsugárzás mérő telepítésének melyik szakaszánál tartanak? Mikorra várható pontosan a háttérsugárzás mérő üzembe helyezése?”

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) és (4) bekezdésére hivatkozással az adatszolgáltatást az alábbiakban teljesítem.

A sugázmérő berendezés beüzemelése és műszaki átvétele 2019. május 29-én megtörtént.

A berendezés az aktuális háttérsugárzás értékét a püspökszilágyi polgármesteri hivatal bejárati ajtaja felett lévő kijelzőn jeleníti meg. Az adatok gyűjtése a hivatal ügyfélterének belső falán elhelyezett adatgyűjtő szekrényben történik, a háttérsugárzást mérő gamma szonda a betekintő ablak külső kávéjába került beszerelésre. A méréséhez a BITT Technology Gmbh által gyártott, RS04L/232 gamma szonda (mérés tartomány 10 nSv/h - 50 mSv/h; energia tartomány: 40 keV - 3 MeV) került beszerzésre és felszerelésre. A mérési adatok feldolgozását és naplózását, a műszerszekrényben elhelyezett Intel NUC mini-PC számítógép biztosítja.

Tájékoztatom, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

Tisztelettel,

Dr. Kereki Ferenc

ügyvezető igazgató

**RADIOAKTÍV
HULLADÉKOKAT KEZELŐ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
1.

