

BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.

Laboratórium

1116 Budapest Kondorfa u. 6-8.

Telefon: +36 1 206 07 32

www.balintanalitika.hu



26-1915/1

Hulladék vizsgálata

MEGBÍZÓ: Penc Község Önkormányzata
2614 Penc, Rákóczi út 18.

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

Bálint Mária

ügyvezető igazgató h.

Bálint Analitika Kft.
1116 Budapest,
Kondorfa u. 6-8.
3

A jegyzőkönyv 2. db számozott oldalt tartalmaz.

A BÁLINT ANALITIKA Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható

Vizsgálati jegyzőkönyv
Hulladék vizsgálata

Megbízó: Penc Község Önkormányzata

Munkaszám: 26-1915

Minták belső kódja: 26-1915/1

Témavezető: Gellér Richárd

A mintákat a laboratóriumba szállította: a megbízó

A minták laboratóriumba érkezésének időpontja(i): 2026.06.11.

A vizsgálatra kijelölt minták, kért vizsgálatok:

26-1915/1 Hulladékminta Hg-tartalom vizsgálata.

A mérési eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak!

A mintavételezés felelőssége a Mintavevő szervezetet terheli!

Amenyiben a Megbízó által megadott információ(k) hatással lehet(nek) a vizsgálati eredmények bármelyikére, a felelősség a Megbízót terheli!

Vizsgálati módszer/ek/:

MSZ EN 13657:2003	Mintaelőkészítés, királyvízzel oldható elemek feltárása
EPA 6020B:2014	Elemtartalom meghatározása (ICP-MS)
Mérési bizonytalanság: $\pm 10 \%$	
Alsó méréshatár:	
Hg 0,05 mg/kg sz.a.	

Mérési eredmények

Hulladékminta kémiai vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2026.06.11.

Kód	26-1915/1
Minta jele	Mart aszfalt 2026.06.11.
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	06.19./06.22.
Hg	mg/kg sz.a. 2,51

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenőrizte:

Budapest, 2026.06.24.

Szatmári Zsuzsanna
Szatmári Zsuzsanna
adatkezelő adminisztrátor

Gellér Richárd
osztályvezető